PL Pasta wodorotlenkowo-wapniowa do czasowych wypełnień kanałów korzeniowych

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGĄ

SKŁAD: wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt, siarczan baru, substancje pomocnicze.

PRZEZNACZENIE
Wyrób CALCIPAST przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do czasowych wypełnień kanałów korzeniowych.
Ponadto wyrób CALCIPAST może być stosowany do czasowych wypełnień głębokich ubytków w metodzie przykrycia pośredniego i bezpośredniego. Ma działanie remineralizujące na tkanki twarde zęba dzięki dużej zawartości wodorotlenku wapnia. Wspomaga odbudowę uszkodzonych tkanek okołowierzchołkowych. pH 12,5-13.
Kontrastowy na zdjęciu RTG, nietwardniejący materiał.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do zabiegu dołączony aplikator zanurzyć w alkoholu etylowym, pozostawić do wyschnięcia, a następnie umieścić na strzykawce.
Przed użyciem należy sprawdzić czy aplikator jest prawidłowo nakręcony na strzykawkę, a następnie wycisnąć niewielką ilość preparatu ze strzykawki w celu sprawdzenia przepływu pasty przez aplikator.
Rękojeść umieszczona na strzykawce zapewnia wygodny uchwyt ułatwiający kontrolę dozowania, zmniejszając ryzyko przepchnięcia wyrobu przez wierzchołek korzenia zęba i minimalizując trudności związane z wycofywaniem produktu.
W przypadku wariantu MEGA PACK przed użyciem nałożyć rękojeść na strzykawkę samodzielnie. Rękojeść należy nałożyć na zakręconą strzykawkę, zgodnie z rysunkiem na opakowaniu wyrobu (po prawidłowym nałożeniu powinno się usłyszeć wyraźne „kliknięcie").
Dokanałowo: zmierzyć długość kanału, ustawić ograniczник (endostop) na aplikatorze na długość o 2-3 mm mniejszą niż zmierzona długość kanału, umieścić pastę w kanale, usunąć nadmiar pasty z kanału, zamknąć szczelnie ubytek. Po aplikacji pasty należy wykonać zdjęcie rentgenowskie, aby sprawdzić, czy pasta odpowiednio wypełniła kanał i nie wyszła poza wierzchołek.
Do ubytku: umieścić pastę na dnie ubytku, zamknąć szczelnie ubytek.
Wypełnienie pozostawić w ubytku lub kanale korzeniowym na okres 1 tygodnia do 30 dni.
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. Rękojeść służy do użytku wielokrotnego.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej i skórę. Powoduje powiązane uszkodzenie oczu.
W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.
Podczas pracy z produktem należy stosować koferdam, rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne/przyłbice ochronne i odzież ochronną.
Leczenie endodontyczne może wiązać się z przejściowym bólem i tkliwością pozabiegową. Przed ostatecznym wypełnieniem należy dokładnie usunąć pastę z kanału korzeniowego, ponieważ obecność preparatu może wpływać na siłę wiązania zębiny z materiałami do odbudowy zęba. Stosowanie materiałów tymczasowych może wiązać się z mikroprzeciekiem bakteryjnym. CALCIPAST ma potencjał cytotoksyczny.
Nie należy wyciskać pasty jeżeli końcówka aplikatora jest zaklinowana wewnątrz kanału. Aplikator musi być luźno umiejscowiony w kanale.
Przed użyciem CALCIPAST należy ustalić długość roboczą kanału korzeniowego. Nadmierna ilość materiału tymczasowego użytego do wypełnienia kanału korzeniowego może prowadzić do jego przepchnięcia poza wierzchołek kanału korzeniowego. Należy zachować szczególną ostrożność w obszarach wrażliwych anatomicznie, takich jak kanał zuchwowy, otwór zuchwy czy zatoki szczękowe.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
CALCIPAST: Strzykawka zawierająca 2,1 g preparatu, aplikatory jednorazowe (2 sztuki), rękojeść.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 strzykawki preparatu (każda zawierająca 2,1 g pasty), aplikatory jednorazowe (4 sztuki), rękojeść.

Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2025/15

EN Calcium hydroxide paste for temporary root canal filling

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
TO BE USED BY DENTIST ONLY

COMPOSITION: Calcium hydroxide, hydroxyapatite, barium sulphate, excipients.

INTENDED USE
CALCIPAST is intended for use in dental treatment for temporary root canal filling.
Additionally, CALCIPAST may be used for temporary filling of deep cavities during indirect or direct pulp capping.
It has re-mineralizing effect on dental tissues thanks to its high content of calcium hydroxide. The product supports restoration of damaged periapical tissues.
pH 12,5–13. Radiopaque, non-hardening material.

INSTRUCTIONS FOR USE
Before treatment, dip the provided applicator in ethanol, allow to dry and then attach it onto the syringe.
Before use, check if the applicator is correctly attached onto the syringe and then expel a small amount from the syringe to check the paste flow through the applicator.
The syringe grip plate provides a comfortable grip for easy dispensing management, reducing the risk of pushing the paste through the root apex and minimising the difficulties associated with expelling the product.
For MEGA PACK, manually put the grip plate onto the syringe before use. The grip plate should be put onto the capped syringe, as shown on the product packaging (a distinct „click" is heard when correctly applied).
When used directly in the tooth canal: measure the length of the canal, adjust the endostop on the applicator to a length 2-3 mm shorter than the measured length of the canal, dispense the paste in the canal, remove excess paste, close the cavity tightly. After the paste has been applied, an X-ray should be taken to check that the paste has adequately filled the canal and has not gone beyond the apex.
When used in a cavity: dispense the paste at the bottom of the cavity, close the cavity tightly.
Leave the filling in the cavity or root canal for 1 week to 30 days.
The product is intended for multiple use, while the applicator is for single use only. Reusing the applicator may pose a risk of secondary infection .
The grip plate is for multiple use.

CONTRAINDICATIONS
Do not use for patients who are hypersensitive to the product components.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
Irritant to oral mucosa and skin. Causes serious eye damage.
In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical help.
If ingested, do not induce vomiting. Drink plenty of water. Seek medical help.
Use dental dam, disposable gloves, safety goggles/visors and protective clothing when handling the product.
Endodontic treatment may involve temporary pain and postoperative tenderness. The paste should be carefully removed from the canal before the final filling, as the presence of the formulation may affect the bond strength of dentin to the tooth restorative materials. The use of temporary materials may be associated with bacterial microleakage. CALCIPAST has cytotoxic potential.
Do not expel the paste if the applicator tip is wedged inside the canal. The applicator must be loosely positioned in the canal.
Before using CALCIPAST, the working length of the root canal should be determined. Excessive amounts of temporary material used to fill the root canal may lead to it being pushed beyond the canal apex. Particular care should be taken in anatomically sensitive areas such as the mandibular canal, mandibular opening or maxillary sinuses.
Keep out of reach of children.
Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE
Keep in original packaging below 25°C.
Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

PACKAGING
CALCIPAST: Syringe containing 2.1 g of preparation, disposable applicators (2 pieces), grip plate.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 syringes of preparation (each containing 2.1g of paste), disposable applicators (4 pieces), grip plate.

Last update: 31.01.2025/15

ES Pasta de hidróxido del calcio para los rellenos temporales de los conductos radiculares

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICIÓN: hidróxido de calcio, hidroxiapatita, sulfato de bario, excipientes.

USO
El producto CALCIPAST está concebido para su uso durante los tratamientos odontológicos como un material de relleno provisional de los canales radiculares.
Además, el producto CALCIPAST puede utilizarse para los rellenos provisionales de cavidades profundas empleando el método de cobertura directa e indirecta.
Remineraliza los tejidos dentales gracias a la gran cantidad de hidróxido de calcio. Favorece la reconstrucción de los tejidos circundantes. pH 12,5-13. Material no endurecedor, de contraste en imágenes de rayos X.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes del tratamiento, sumergir el aplicador adjunto en alcohol etílico, dejarlo secar y luego colocarlo en la jeringa.
Antes de utilizarlo, compruebe que el aplicador esté correctamente enroscado en la jeringa y, a continuación, exprima una pequeña cantidad de la jeringa para comprobar el flujo de la pasta a través del aplicador.
El mango colocado en la jeringa proporciona un agarre cómodo para controlar fácilmente la dispensación, reduciendo el riesgo de empujar el producto a través del ápice de la raíz del diente y minimizando las dificultades asociadas a exprimir el producto.
Para la variante MEGA PACK, coloque el mango en la jeringa antes de usarla. El mango debe colocarse en la jeringa apretada, tal como se indica en la figura del envase del producto (debe oírse un «clic» distintivo cuando se aplica correctamente).
Aplicación en el canal: medir la longitud del canal, colocar el limitador (mecanismo endodóntico de bloqueo) en el aplicador con una distancia en 2-3 mm inferior a la medición del canal, colocar la pasta en el canal, eliminar la pasta sobrante del mismo, cerrar herméticamente la cavidad.
Una vez aplicada la pasta, debe realizarse una radiografía para comprobar que la pasta ha rellenado adecuadamente el conducto y no ha sobrepasado el ápice.
Aplicación en la cavidad: colocar la pasta en el fondo de la cavidad, cerrarla herméticamente. Dejar el relleno en la cavidad o en el canal radicular para un periodo de 1 semana a 30 días.
El producto es reutilizable, pero el aplicador es desechable. La reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.
El mango es para uso repetido.

CONTRAINDICACIONES
No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Irrita las mucosas bucales y la piel. Provoca daños graves en los ojos.
En caso de contacto, inmediatamente enjuagar los ojos con grandes cantidades de agua y consultar a un médico. En caso de ingestión no induzcir vómitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico.
Utilizar diques de goma, guantes desechables, gafas / visores de seguridad y ropa protectora al manipular el producto.
El tratamiento endodóntico puede asociarse a dolor temporal y sensibilidad posoperatoria. La pasta debe eliminarse con cuidado del conducto radicular antes de la obturación definitiva, ya que la presencia de la preparación puede afectar a la fuerza de adhesión de la dentina a los materiales de restauración dental. El uso de materiales temporales puede asociarse a microfiltraciones de bacterias.
El producto CALCIPAST tiene potencial citotóxico.
No exprima la pasta si la punta del aplicador está bloqueada dentro del conducto. El aplicador debe estar colocado en el conducto radicular.
Antes de utilizar CALCIPAST, debe determinarse la longitud útil del conducto radicular. Si se utiliza una cantidad excesiva de material temporal para rellenar el conducto radicular, este puede ser empujado más allá del ápice del conducto radicular. Debe tomarse especial atención a las zonas anatómicamente sensibles, como el conducto mandibular, el orificio mandibular o los senos maxilares.
Guardar fuera del alcance de los niños.
En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

ALMACENAMIENTO
Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C.
La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

ENVASE
CALCIPAST: Jeringa con 2,1 g de producto, aplicadores desechables (2 uds.), mango.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 jeringas de producto (cada una contiene 2,1 g de pasta), aplicadores desechables (4 uds.), mango.

Fecha de la última revisión: 31.01.2025/15

FR Pâte à l'hydroxyde de calcium pour pansement canalaire provisoire

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: hydroxyde de calcium, hydroxyapatite, sulfate de baryum, excipients.

UTILISATION PREVUE
Le produit CALCIPAST est destiné à l'usage lors des traitements dentaires en tant que matériau pour les remplissages temporaires des canaux radiculaires.
De plus, CALCIPAST peut être utilisé pour le remplissage temporaire des creux profonds par la méthode de recouvrement direct et indirect.
Le produit a des propriétés reminéralisantes sur les tissus dentaires grâce à une forte teneur en hydroxyde de calcium. Il aide à la restauration des tissus apicaux endommagés. pH 12,5-13. Matériau radio-opaque, non durcissant.

MODE D'EMPLOI
Avant le traitement, tremper l'applicateur fourni en dotation dans l'éthanol, laisser sécher et ensuite positionner sur une seringue.
Avant l'utilisation, vérifier que l'applicateur est correctement visé sur la seringue et faire sortir une petite quantité de produit de la seringue pour vérifier l'écoulement de la pâte à travers l'applicateur.
La poignée placée sur la seringue offre une prise confortable pour un contrôle facile du dosage, en réduisant le risque de faire passer le produit à travers l'apex de la racine dentaire et en minimisant les difficultés associées à l'écrasement du produit.
Pour la variante MEGA PACK, placer la poignée sur la seringue par ses propres soins avant utilisation. La poignée doit être appliquée sur la seringue bouchée, comme indiqué sur la figure sur l'emballage du produit (un « clic » distinct doit s'entendre lorsqu'elle est correctement appliquée).
Par voie intra-canalaire: mesurer la longueur du canal, placer le limiteur (l'endostop) sur l'applicateur sur une longueur inférieure de 2-3 mm à la longueur du canal mesurée, appliquer la pâte dans le canal, éliminer l'excès du produit, refermer le creux hermétiquement. Après l'application de la pâte, une radiographie doit être réalisée pour vérifier que la pâte a bien rempli le canal et qu'elle n'a pas dépassé l'apex.
Application dans le creux: placer la pâte au fond du creux, refermer le creux hermétiquement. Le remplissage doit être laissé dans le creux ou le canal radiculaire pour une durée d'une semaine à 30 jours.
Produit à usage multiple, sauf la pipette jetable. L'utilisation multiple de l'applicateur peut entraîner un risque d'infection secondaire. La poignée est destinée à un usage répété.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Produit irritant pour les muqueuses buccales et la peau. Provoque des lésions oculaires graves.
En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin.
Utiliser une digue dentaire, des gants jetables, des lunettes de protection et des vêtements de protection lors de la manipulation du produit.
Le traitement endodontique peut être associé à une douleur post-traitement temporaire. La pâte doit être soigneusement retirée du canal radiculaire avant l'obturation finale, car la présence de la préparation peut affecter la force d'adhérence de la dentine aux matériaux de restauration dentaire. L'utilisation de matériaux temporaires peut provoquer des microfuites bactériennes.
Le produit CALCIPAST a un potentiel cytotoxique.
Ne pas faire sortir la pâte si l'embout de l'applicateur est coincé à l'intérieur du canal. L'applicateur doit être positionné librement dans le canal.
Avant d'utiliser CALCIPAST, il convient de déterminer la longueur utile du canal radiculaire. En raison d'une quantité excessive de matériau temporaire utilisées pour remplir le canal radiculaire, il y a un risque que le produit dépasse l'apex du canal radiculaire. Il convient d'être particulièrement prudent dans les zones anatomiquement sensibles telles que le canal mandibulaire, l'ouverture mandibulaire ou les sinus maxillaires.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur/du patient.

CONSERVATION
Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct. Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au fabricant.

CONDITIONNEMENT
CALCIPAST: Une seringue contenant 2,1 g de préparation, applicateurs jetables (2 pièces), une poignée.
CALCIPAST MEGA PACK : 4 seringues de préparation (contenant chacune 2,1 g de pâte), applicateurs jetables (4 pièces), une poignée.

Date de dernière mise à jour: 31.01.2025/15

DE Kalziumhydroxid-Paste für vorübergehende Wurzelkanalfüllungen

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Calciumhydroxid, Hydroxylapatit, Bariumsulfat, Hilfsstoffe

VERWENDUNGSZWECK
CALCIPAST wird bei zahnärztlichen Behandlungen als Material zur provisorischen Füllung der Zahnwurzelkanäle verwendet.
Darüber hinaus kann CALCIPAST zur provisorischen Füllung der tiefen Kavitäten während der indirekten und direkten Pulpaüberkappung verwendet werden.
Das Produkt remineralisiert das Zahngewebe dank dem hohen Anteil an Calciumhydroxid. Es fördert den Wiederaufbau des geschädigten Gewebes um den Wurzelgipfel. pH-Wert 12,5–13. Röntgenkontrastierendes, nicht aushärtendes Material.

GEBRAUCH
Tauchen Sie vor Beginn der Behandlung den beigefügten Applikator in Ethanol, lassen Sie ihn trocknen und setzen Sie ihn dann auf eine Spritze.
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Applikator richtig auf die Spritze aufgeschraubt ist, und drücken Sie dann eine kleine Menge des Präparats aus der Spritze, um den Fluss der Paste durch den Applikator zu überprüfen.
Der an der Spritze angebrachte Griff sorgt für einen bequemen Halt und erleichtert so die Dosierungskontrolle. Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Produkt durch die Zahnwurzel gedrückt wird, und die mit dem Auspressen des Produktes verbundenen Schwierigkeiten werden minimiert.
Setzen Sie bei der MEGA PACK Variante vor dem Gebrauch den Griff selbst auf die Spritze auf. Der Griff sollte auf die verschlossene Spritze aufgesetzt werden, wie auf der Produktverpackung abgebildet (Sie sollten ein deutliches „Klicken" hören, wenn er richtig aufgesetzt ist).
Wurzelkanal: Die Länge des Wurzelkanals messen, die Schiebehlre (Endostop) auf dem Applikator auf eine Länge einzustellen, die 2-3 mm kürzer als die gemessene Wurzelkanallänge ist. Die Paste in den Wurzelkanal appliizieren, den Überschuss vom Wurzelkanal entfernen, die Kavität dicht verschließen. Nach dem Auftragen der Paste sollte eine Röntgenaufnahme gemacht werden, um zu überprüfen, ob die Paste den Wurzelkanal ausreichend gefüllt hat und nicht über den Apex hinausgegangen ist.
Kavität: Die Paste am Boden der Kavität applizieren, die Kavität dicht verschließen. Die Füllung in der Kavität bzw. im Wurzelkanal für einen Zeitraum von einer Woche bis zu 30 Tagen belassen.
Das Produkt ist zur Mehrfachanwendung bestimmt, der Applikator hingegen ist ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des Applikators besteht das Risiko einer Sekundärinfektion. Der Griff ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt.

GEGENANZEIGEN
Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
Das Produkt wirkt sich reizend auf die Mundschleimhaut und die Haut aus. Es verursacht ernste Augenverletzungen.
Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen, danach einen Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken.
Danach einen Arzt aufsuchen.
Beim Umgang mit dem Produkt sind Kofferdam, Einweghandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
Eine endodontische Behandlung kann mit vorübergehenden postoperativen Schmerzen und Empfindlichkeiten verbunden sein. Die Paste sollte vor der endgültigen Füllung sorgfältig aus dem Wurzelkanal entfernt werden, da das Vorhandensein des Präparats die Haftfestigkeit von Dentinen an restaurativen Zahnmaterialien beeinträchtigen kann. Beim Einsatz von provisorischen Materialien kann es zu bakteriellen Mikrolecksagen kommen.
Das Produkt CALCIPAST hat ein zytotoxisches Potenzial.
Drücken Sie die Paste nicht aus, wenn die Spitze des Applikators im Wurzelkanal eingeklemmt ist. Der Applikator muss locker im Wurzelkanal platziert werden.
Vor der Anwendung von CALCIPAST sollte die Arbeitslänge des Wurzelkanals bestimmt werden. Zu viel provisorisches Material, das zum Füllen des Wurzelkanals verwendet wird, kann dazu führen, dass es über den Apex des Wurzelkanals hinausgeschoben wird. Besondere Vorsicht ist in anatomisch sensiblen Bereichen wie dem Mandibularkanal, der Kieferöffnung oder den Kieferhöhlen geboten.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Im Falle eines schweren Zwischenfalls mit einem Produkt sollte dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

AUFBEWAHRUNG
In Originalverpackung bei Temperaturen unter 25°C lagern.
Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben. Die Haltbarkeitszeit ändert sich nicht nach dem Anbrechen der Verpackung, vorausgesetzt die Verpackung wird nach jedem Gebrauch wieder fest verschlossen.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

VERPACKUNG
CALCIPAST: Spritze mit 2,1 g des Präparats, Einwegapplikatoren (2 Stück), Griff.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 Spritzen mit dem Präparat (jede enthält 2,1 g Paste), Einwegapplikatoren (4 Stück), Griff.

Letzte Aktualisierung: 31.01.2025/15

UK Гідроксид-кальцієва паста для тимчасового пломбування кореневих каналів

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЕМ

СКЛАД: гідроксид кальцію, гідроксиапатит, сульфат барію, допоміжні речовини.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Препарат CALCIPAST (КАЛЬЦІПАСТ) призначений для тимчасового пломбування кореневих каналів у процесі стоматологічних процедур.
Крім того, CALCIPAST (КАЛЬЦІПАСТ) можна використовувати для тимчасового заповнення при утворенні глибокого каріесу, методом прямого і непрямого покриття пульпи.
Значний вміст у препараті гідроксиду кальцію сприяє ремінералізації зубної тканини, а також стимулює відновлення пошкоджених тканин пародонту. pH 12,5-13. Рентгенконтрастний, нетвердіючий матеріал.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Перш ніж розпочати процедуру, аплікатор, що додається, занурити в етиловий спирт, дайте йому висохнути, а потім надіньте його на шприц.
Перед застосуванням переконайтеся, що аплікатор правильно накручений на шприц, а потім видавіть невелику кількість пасти зі шприца, щоб перевірити потік пасти через аплікатор.
Ручка, розташована на шприці, забезпечує зручне захоплення для легкого контролю дозування, знижуючи ризик проштовхування препарату через верхівку кореня зуба і мінімізуючи труднощі, пов'язані з видавлюванням препарату.
Для варіанту MEGA PACK (МЕГА ПАК) перед застосуванням накладіть ручку на шприц самостійно. Ручку слід накласти на закручений шприц, як показано на упаковці препарата (при правильному накладанні ви повинні почути чітке „клацання").
Для обробки кореневих каналів: виміряти довжину каналу, встановити обмежувач на аплікатор, на довжині 2-3 мм (mm) менший, ніж розрахована довжина каналу, помістити пасту в канал, видалити надлишок пасти, щільно закрити порожнину.
Після нанесення пасти слід зробити рентгенівський знімок, щоб переконатися, що паста адекватно заповнила канал і не вийшла за межі верхівки.
Для обробки каріозної порожнини: помістити пасту на дно порожнини, щільно закрити порожнину. Матеріал залишити в каріозній порожнині або кореневому каналі на період від 1 тижня до 30 днів.
Продукт призначений для багаторазового використання. Аплікатор, що додається до препарату, призначений для одноразового використання. Багаторазове використання аплікатора може викликати вторинну інфекцію. Ручка призначена для багаторазового використання.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Підвищена чутливість до одного зі складників препарату.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Викликає подразнення слизової оболонки ротової порожнини та шкіри.
Спричиняє серйозне ураження очей.
Не пас falre sortir la pâte si l'embout de l'applicateur est coincé à l'intérieur du canal. L'applicateur doit être positionné librement dans le canal.
Avant d'utiliser CALCIPAST, il convient de déterminer la longueur utile du canal radiculaire. En raison d'une quantité excessive de matériau temporaire utilisées pour remplir le canal radiculaire, il y a un risque que le produit dépasse l'apex du canal radiculaire. Il convient d'être particulièrement prudent dans les zones anatomiquement sensibles telles que le canal mandibulaire, l'ouverture mandibulaire ou les sinus maxillaires.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur/du patient.

CONSERVATION
Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct. Après ouverture, la date de péremption de change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au fabricant.

CONDITIONNEMENT
CALCIPAST: Une seringue contenant 2,1 g de préparation, applicateurs jetables (2 pièces), une poignée.
CALCIPAST MEGA PACK : 4 seringues de préparation (contenant chacune 2,1 g de pâte), applicateurs jetables (4 pièces), une poignée.

Date de dernière mise à jour: 31.01.2025/15

CS Hydroxid vápenatý v pastě na dočasné výplně kořenových kanálů

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý, hydroxylapatit, síran barnatý, pomocné látky.

URČENÍ
Výrobek CALCIPAST je určený jako dočasný výplňový materiál pro kořenové kanály při stomatologické léčbě.
Kromě toho může být výrobek CALCIPAST používán jako dočasná výplň hlubokých kavit metodou přímého a nepřímého krytí.
Díky vysokému obsahu hydroxidu vápenatého působí remineralizačně na zubní tkáně. Podporuje regeneraci poškozených tkání v okolí hrotu kořene. pH 12,5 -13. Rentgenkontrastní, netvrdnoucí materiál.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do ethanolu, nechte zaschnout a následně nasaďte na stříkačku.
Před použitím zkontrolujte, zda je aplikátor správně nasazen na injekční stříkačku, a poté vytlačte malé množství ze stříkačky, abyste zkontrolovali průtok pasty aplikátorem.
Rukojeť umístěná na stříkačce poskytuje pohodlný úchop pro snadnou kontrolu dávkování, snižuje riziko protlačení přípravku přes špičku kořene zubu a minimalizuje problémy spojené s vytlačováním produktu.
V případě varianty MEGA PACK umístěte před použitím rukojeť na stříkačku samostatně by měla být umístěna na uzavřené stříkačce podle nákresu na obalu přípravku (při správném nasazení by mělo být slyšet jasné „cvaknutí").
Do kanálku: změřte délku kanálu, nastavte omezovač (endostop) na aplikátoru na délku o 2-3 mm menší, než je naměřená délka kanálku, umístěte pastu do kanálku, odstraňte přebytek pasty z kanálku, kavitu těsně uzavřete.
Po aplikaci pasty by měl být zhotoven rentgenový snímek, aby se zkontrolovalo, zda pasta dostatečně vyplnila kanál a nepřesáhla apex.
Do kavity: umístěte pastu na dno kavity, kavitu těsně uzavřete. Výplň ponechejte v kavitě nebo kořenovém kanálku 1 týden až 30 dnů.
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace. Rukojeť je určena pro opakované použití.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ
Působí dráždivě na sliznice ústní dutiny a kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení.
Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při manipulaci s výrobkem používejte kofferdam, jednorázové rukavice, ochranné brýle/ochranou přílbu a ochranný oděv.
Endodontické ošetření může být spojeno s dočasnou poporeční bolestí.
Pasta by měla být z kořenového kanálku před finální výplní opatrně odstraněna, protože přítomnost preparátu může ovlivnit pevnost vazby dentinu k materiálům zubní náhrady.
Použití dočasných materiálů může být spojeno s bakteriálním mikroúnikem.
Přípravek CALCIPAST má cytotoxický potenciál.
Pokud je hrot aplikátoru zaklíněn uvnitř kanálu, pastu nevytlačujte. Aplikátor musí být v kanálu umístěn volně.
Před použitím přípravku CALCIPAST je třeba určit pracovní délku kořenového kanálku. Nadměrné množství dočasného materiálu použitého k vyplnění kořenového kanálku může vést k jeho vytlačení za vrchol kořenového kanálku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat anatomicky citlivým oblastem, jako je čelistní kanál, čelistní otvor nebo čelistní dutiny.
Skladujte mimo dosah dětí. V případě závažné události spojené s prostředkem je třeba ji nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25°C.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah balení po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL
CALCIPAST: Injekční stříkačka obsahující 2,1 g přípravku, jednorázové aplikátory (2 kusy), rukojeť.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 injekční stříkačky s přípravkem (každá obsahuje 2,1 g pasty), jednorázové aplikátory (4 kusy), rukojeť.

Datum poslední aktualizace: 31.01.2025/15

RU Паста на основе гидроксида кальция для временного пломбирования корневых каналов

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ

СОСТАВ: гидроксид кальция, гидроксиапатит, сульфат бария, вспомогательные вещества.

НАЗНАЧЕНИЕ
Препарат CALCIPAST предназначается для применения в процессе стоматологического лечения в качестве материала для временных пломб корневых каналов.
Кроме того, препарат CALCIPAST может быть использован для временных пломб глубоких полостей в методе непрямого и прямого покрытия.
Оказывает реминерализующее действие на ткани зуба благодаря большому содержанию гидроксида кальция. Стимулирует восстановление поврежденных тканей пародонта. pH 12,5-13. Рентгеноконтрастный, незатвердевающий материал.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед началом процедуры опустите прилагаемый аппликатор в этиловый спирт, дайте ему высохнуть и затем наденьте на шприц.
Перед использованием убедитесь, что аппликатор правильно навинчен на шприц, а затем выдавите небольшое количество препарата из шприца, чтобы проверить поток пасты через аппликатор.
Ручка, расположенная на шприце, обеспечивает удобный захват для легкого контроля дозирования, снижая риск проталкивания препарата через верхушку корня зуба и минимизируя трудности, связанные с выдавливанием препарата.
Для варианта MEGA PACK самостоятельно поместите ручку на шприц перед использованием. Ручка должна быть помещена на закрученный шприц, как показано на упаковке продукта (при правильном применении вы должны услышать отчетливый „щелчок").
В канал: измерить длину канала, установить ограничитель (эндостоп) на аппликаторе на длину на 2-3 мм меньше, чем измеренная длина канала, ввести пасту в канал, удалить излишки пасты из канала, плотно закрыть полость. После нанесения пасты необходимо сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что паста адекватно заполнила канал и не вышла за пределы верхушки.
В полость: положить пасту на дно полости, плотно закрыть полость. Заполнение оставить в полости или корневом канале на срок от 1 недели до 30 дней.
Препарат предназначен для многократного использования, в то время как аппликатор предназначен для однократного использования. Многократное использование аппликатора может создавать опасность вторичной инфекции. Ручка предназначена для многократного использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к ингредиентам препарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта и кожу. Вызывает серьезное повреждение глаз.
В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу.
При работе с продукт

В случай на контакт, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. При случайно поглъщане на препарата да не се предизвиква повръщане. Да се изпие голямо количество вода и да се потърси лекарска помощ. Незабавно потърсете медицинска помощ.
При работа с продукта използвайте кофердам, ръкавици за еднократна употреба, предпазни очила/шлиц и защитно облекло.
Ендодонтското лечение може да бъде свързано с временна следоперативна болка. Пастата трябва старателно да се отстрани от кореновия канал преди окончателното запушване, тъй като наличието на препарата може да повлияе на здравината на връзката на дентина с материалите за запушване/ивване на зъбите. Използването на временни материали може да бъде свързано с бактериално микроустичане.
Продуктът CALCIPAST има цитотоксичен потенциал.
Не изстисквайте паста, или накрайника на апликатора в заключен вътре в канала. Апликаторът трябва да е свободно разположен в канала.
Преди използването на CALCIPAST трябва да се определи работната дължина на коренования канал. Прекаленото количество временно материал, използван или за запушване на коренования канал, може да доведе до избутването му извън апекса на коренования канал. Особено внимание трябва да се обърне на анатомично чувствителните зони, като мандибулярния канал, мандибулярната отвор или максиларните синуси.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При сериозен инцидент, свързан с изделието, трябва да се уведоми производителя и съответния орган на местожитието на потребителя или пациента.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.
Срокът на годност е изписан на опаковката. След отваряне на опаковката срокът на годност не се променя, при условие че при всяко използване тя се затваря плътно.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА
Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА
CALCIPAST: Спринцовка, съдържаща 2,1 g от препарата, апликатори за еднократна употреба (2 броя), дръжка.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 спринцовки с препарат (всяка съдържа 2,1 g паста), апликатори за еднократна употреба (4 броя), дръжка.

Дата на последна актуализация: 31.01.2025/15

LT Kalcio hidroksido pasta laikinam šaknies kanalo užpildymui

PRIEŠ NAUDOJĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDETIS: kalcio hidroksidas, hidroksiapatitas, bario sulfatas, pagalbinės medžiagos.

PASKIRTIS
CALCIPAST preparatas skirtas stomatologinam gydymui, naudojamas laikinam šakny kanalų užpildymui.
CALCIPAST preparatas skirtas odontologiniam gydymui, medžiaga naudojama laikinam šakny kanalų užpildymui.
Dėl didelės kalcio hidroksido koncentracijos skatina danties audinių remineralizaciją. Stimuliuoja pažeistų audinių atstatymą. pH 12,5-13. Kontrastinga rentgeno nuotraukoje, nekietėjantys audiniai.

NAUDOJIMO BŪDAS
Prieš gydymą įmerkite pridėtą aplikatorių į etanolį, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant švirkšto.
Prieš naudodami patikrinkite, ar aplikatorius teisingai užsukitas ant švirkšto, tada išpaauskite nedidelį kiekį preparato iš švirkšto, kad patikrintumėte pastos tekėjimą per aplikatorių.
Aplikatorius esanti rankena yra patogi laikyti, kad būtų galima lengvai kontroliuoti dozavima, sumažėja riziko, kad gaminys pateks per danties šaknies viršūne, ir sumažėja sunkumų, susijusių su produkto išspaudimu.
Iztekstkilai: maisai kanalo ilgi, aplikatorius ribotuvą (endoskopą) nustatyti 2-3 mm trumpesnį nei kanalo ilgis, patalpinti pastą kanale, pašalinti pastos perteklių kanale, sandariai uždaryti ertmę. Panaudojus pastos, reikia padaryti rentgeno nuotrauką ir patikrinti, ar pasta tinkamai užpildė kanalą ir neperžengė viršūnės ribų.
Į ertmę: pastą patalpinti ertmės dugne, sandariai uždaryti. Užpildas šaknies kanale ar dantyje paliekamas nuo 1 savaitės iki 30 dienų.
Gamintys yra skirtas daugkartiniam panaudojimui, tačiau aplikatorių galima panaudoti tik vieną kartą. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas gali privesti prie pakartotinės infekcijos. Rankena skirta pakartotiniam naudojimui.

KONTRAINDIKACIJOS
Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Dirgina burnos gleivinę ir odą. Sukelia rimtą akių pažeidimą.
Jeigu preparatas pateko į akį, tuštuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Pranešę neverskite vėmimo. Gert daug vandens. Kreiptis į gydytoją.
Dirbdami su gaminiu, naudokite koferdamą, viankartines pirštines, apsauginius akinius ir (arba) akinius bei apsauginius drabužius.
Endodontinis gydymas gali būti susijęs su laikinu pooperacoliniu skausmu.
Prieš galutinį plombavima pasta turėtų būti atsargiai pašalinta iš šaknies kanalo, nes esantis preparatas gali turėti įtakos dentino sukibimo su danties restauracinėmis medžiagomis stiprumui. Laikinųjų medžiagų naudojimas gali būti susijęs su bakterijų mikro nuotėkiu.
CALCIPAST gaminys turi citotoksinį poveikį.
Neišspauskite pastos, jei aplikatorius antgalis yra įstrigęs kanale. Aplikatorius turi būti laisvai įkištas į kanalą.
Prieš naudojant CALCIPAST, reikia nustatyti šaknies kanalo darbinį ilgį. Per didelis šaknies kanalui užpildyti naudojamos laikinos medžiagos kiekis gali įštumti ją už šaknies kanalo viršūnės. Ypač atsargiai reikėtų elgtis anatomiškai jautriose vietose, pvz., apatinio žandikaulio kanale, apatinio žandikaulio angoje arba viršutinio žandikaulio sinusuose.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Įvykus rimtam su gaminiu susijusiam incidentui, apie tai turėtų būti pranešta gamintojui ir Salies, kurioje yra vartotojo ar paciento gyvenamoji vieta, kompetentingai institucijai.

SAUGOJIMAS
Laikyti originaliojo pakuotėje ne žemesnėje nei 25°C temperatūroje.
Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės. Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.

PRODUKTO PAKUOTĖ TVARKYMAS
Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖ
CALCIPAST: Švirkštas, kuriame yra 2,1 ml preparato, vienkartiniai aplikatorai (2 vnt.), rankena.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 preparato švirkštai (kiekviename yra 2,1 g pastos), vienkartiniai aplikatorai (4 vnt.), rankena.

Paskutinio atnaujinimo data: 31.01.2025/15

PT Pasta de hidróxido de cálcio para preenchimento temporário de canais radiculares.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: hidróxido de cálcio, hidroxiapatita, sulfato de bário, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O produto CALCIPAST destina-se a ser utilizado durante o tratamento dentário como preenchimento temporário de canais radiculares.
Além disso, o CALCIPAST pode ser utilizado para preenchimentos temporários de cavidade profundas no método de revestimento indireto e direto. Tem um efeito remineralizante nos tecidos dentários devido ao seu alto teor de hidróxido de cálcio. Suporta a reconstrução de tecidos periapicais danificados. pH 12,5-13. Material não endurecedor de contraste de raios X.

MODO DE USO
Antes do tratamento, imergir o aplicador em álcool etílico, deixá-lo secar e colocá-lo na seringa.
Antes de utilizar, verificar se o aplicador está corretamente enroscado na seringa e, em seguida, espremer uma pequena quantidade da seringa para verificar o fluxo da pasta através do aplicador.
A pega situada na seringa proporciona uma aderência confortável para um controlo fácil da dosagem, reduzindo o risco de empurrar o produto através do ápice da raiz do dente e minimizando as dificuldades associadas à compressão do produto.
Para a variante MEGA PACK, colocar a pega na seringa antes da utilização. A pega deve ser colocada na seringa com tampa, tal como indicado na embalagem do produto (deve ouvir-se um "clique" distinto quando corretamente aplicada).
Aplicação no canal: medir o comprimento do canal, colocar o limitador (mecanismo de bloqueio endodôntico) no aplicador com uma distância de 2 a 3 mm inferior à medição do canal, colocar a pasta no canal, retirar a pasta que sobrou do mesmo, selar a cavidade. Após a aplicação da pasta, deve ser efetuada uma radiografia para verificar se a pasta preencheu adequadamente o canal e não ultrapassou o ápice.
Aplicação na cavidade: colocar a pasta na parte inferior da cavidade, selar a cavidade. Deixar o preenchimento na cavidade ou canal radicular por um período de 1 semana a 30 dias.
O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfeção. A pega é reutilizável.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Irritante para as membranas mucosas da boca e dos olhos. Causa danos oculares graves.
Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vómito. Beber muita água.
Consultar um médico.
Utilizar cofferdam, luvas descartáveis, óculos de proteção e vestuário de proteção ao

manusear o produto.
O tratamento endodôntico pode estar associado a dor temporária e sensibilidade pós-operatória. A pasta deve ser cuidadosamente removida do canal radicular antes da obturação final, uma vez que a presença da preparação pode afetar a força de ligação da dentina aos materiais de restauração dentária. A utilização de materiais temporários pode estar associada a microinfiltrações de bactérias.
O produto CALCIPAST tem um potencial citotóxico.
Não espremer a pasta se a ponta do aplicador estiver entalada no interior do canal. O aplicador deve ser posicionado de forma solta no canal.
Antes de utilizar o CALCIPAST, deve ser determinado o comprimento de trabalho do canal radicular. Quantidades excessivas de material temporário utilizado para preencher o canal radicular podem levar a que este seja empurrado para além do ápice do canal radicular. Deve ter-se especial cuidado em áreas anatomicamente sensíveis, como o canal mandibular, a abertura mandibular ou os seios maxilares.
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a temperaturas abaixo de 25°C.
O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM
CALCIPAST: Seringa contendo 2,1 g de preparação, aplicadores descartáveis (2 peças), pega.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 seringas do produto (cada uma contendo 2,1 g de pasta), aplicadores descartáveis (4 peças), pega.

Data da última actualização: 31.01.2025/15

DA Calciumhydroxidpasta til udfyldning af rodkanaler

LÆS FØLGENDE INSTRUKTIONER FØR BRUG
PRODUKTET MÅ KUN ANVENDES AF TANDLÆGER

INGREDIENSER: calciumhydroxid, hydroxylapatit, bariumsulfat, hjælpestoffer.

PRODUKTBETEGNELSE
CALCIPAST-præparatet er beregnet til brug under tandbehandling som midlertidigt fyldmateriale af rodkanaler.
CALCIPAST kan ligeledes anvendes som midlertidigt fyldmateriale af dybe huller ved indirekte og direkte overkapning. Præparatet har remineraliserende virkning på tandvævet takket være høj indhold af calciumhydroxid. Understøtter rekonstruktion af det beskadigede periapikale væv. pH 12,5-13. Røntgen kontrasterende, ikke-hærdende materiale.

ANVENDELSESMÅDE
Nedsænk den vedlagte aplikator i ethylalkohol, lad tørre og anbring derefter på sprøjten inden behandlingen påbegyndes.
Kontroller, om applikatoren er skruet korrekt på sprøjten før brug, og klem en lille mængde af præparatet fra sprøjten for at kontrollere, at pastaen flyder gennem applikatoren.
Håndtaget placeret på sprøjten giver et behageligt grib for at lette doseringskontrollen, hvilket reducerer risikoen for at skubbe produktet gennem toppen af tandroden og minimerer vanskelighederne ved at presse produktet ud af kleemne produktet.
I tilfælde af MEGA PACK-varianten skal du inden brug selv sætte håndtaget på sprøjten med låg, i overensstemmelse med tegningen på produktemballagen (efter korrekt påsætning skal du høre et tydeligt „klik").
Intrakanalt: mål kanallængden, indstil gummistoppet på applikatoren 2-3 mm lavere end den målte kanallængde, læg pastaen i kanalen, fjern den overskydende pasta fra kanalen, luk hulrummet tæt.
Tag et rentgenbillede efter påføring af pastaen for at kontrollere, om pastaen fylder kanalen tilstrækkeligt og ikke går ud over spidsen.
Direkte i hulet: læg pastaen i bunden af hulet, luk hulrummet tæt. Lad fyldningen forblive i hulet eller rodkanalen i 7-30 dage.
Præparatet er beregnet til flergangsbrug, mens applikatoren kun til engangsbrug. Applikatorens genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering. Håndtaget er genanvendeligt.

KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

FORHOLDSREGLER
Virker irriterende på mundslimhinden og huden. Forårsager alvorlig øjenskade.
I tilfælde af kontakt skyl straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge.
Under arbejdet med produktet anvendes kofferdam, engangshandsker, sikkerhedsbriller/visir og beskyttelsestøj.
Endodontisk behandling kan være forbundet med midlertidige smerter og ømhed efter behandlingen. Pastaen skal forsigtigt fjernes fra rodkanalen, før den endelige fyldning, forårsager ellers dårlig tilslutningsevne af præparatet kan påvirke dentinets bindestyrke med tandrekonstruktionsmaterialerne. Brugen af midlertidige materialer kan være forbundet med bakteriel mikrolækage.
Produktet CALCIPAST har et cytotoksisk potentialet.
Klem ikke pastaen, hvis spidsen af applikatoren sidder fast inde i kanalen. Applikatoren skal placeres løst i kanalen.
Bestem arbejdslængden af rodkanalen, inden CALCIPAST tages i brug. Overdreven mængde af midlertidigt materiale, der bruges til at fylde rodkanalen, kan føre til, at det skubbes ud over rodkanalens spids. Særlig forsigtighed bør udvises i anatomisk følsomme områder såsom underkæbekanalen, foramen underkæbe og maksillære bihuler.
Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal producenten og den relevante myndighed i det land, hvor brugeren er bosat, underrettes.

OPBEVARING
Opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over 25°C.
Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD
Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE
CALCIPAST: Sprøjte indeholdende 2,1 g af præparatet, engangsapplikatorer (2 stk), håndtag.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 sprøjter af præparatet (hver indeholder 2,1 g pasta), engangsapplikatorer (4 stykker), håndtag.

Seneste opdatering: 31.01.2025/15

EL Πάστα υδροξείδιο του ασβεστίου για προσωρινή πλήρωση ριζικών καναλιών

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: υδροξείδιο του ασβεστίου, υδροξυαπατίτης, βαριούχο βάριο, βοηθητικές ουσίες.

ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν CALCIPAST προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας ως υλικό για προσωρινά γεμίσματα ριζικών καναλιών.
Επιπλέον, το CALCIPAST μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινό γέμισμα βαθιών κοιλοτήτων με τη μέθοδο έμμεσης και άμεσης κάλυψης. Έχει ανασταλτική επίδραση στο ιστό των δοντιών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Υποστηρίζει την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιαπικών ιστών. pH 12,5-13. Υλικό με αντίθεση στις ακτίνες Χ, μη σκληρυνόμενο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πριν από την επέμβαση, βυθίστε το συνημμένο απλικατέρ στην αιθανόλη, αφήστε το να στεγνώσει και στη συνέχεια τοποθετήστε του στη σύριγγα.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν το απλικατέρ έχει βιδωθεί σωστά στη σύριγγα και στη συνέχεια πιέστε μια μικρή ποσότητα από τη σύριγγα για να ελέγξετε τη ροή της πάστας μέσω του απλικατέρ.
Η λαβή που τοποθετείται στη σύριγγα παρέχει άνετο κράτημα για να διευκολύνει τον έλεγχο της δοσολογίας, μειώνοντας τον κίνδυνο ώθησης του προϊόντος μέσα από την κορυφή της ρίζας του δοντιού και ελαχιστοποιώντας τις δυσκολίες που σχετίζονται με την εξώθηση του προϊόντος.
Στην περίπτωση της παραλλαγής MEGA PACK, πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη λαβή στη σύριγγα με πώμα, σύμφωνα με το σχέδιο στη συσκευασία του προϊόντος (μετά τη σωστή εφαρμογή, θα πρέπει να ακούσετε ένα καθαρό «κλικ»).
Εντός καναλιού: μετρήστε το μήκος του καναλιού, συθμίστε το οδοντικό stopper (κλοιός του οπτικού σωλήνα) σε μήκος 2-3 mm μικρότερο από το μετρούμενο μήκος καναλιού, τοποθετήστε την πάστα στο κανάλι, αφαιρέστε την περίσσεια πάστας από το κανάλι, κλείστε καλά την οδοντική κοιλότητα.
Μετά την εφαρμογή της πάστας, θα πρέπει να γίνει ακτινογραφία για να ελεγχθεί εάν η πάστα γέμισε επαρκώς το κανάλι και δεν ξεπέρασε την κορυφή.
Στην οδοντική κοιλότητα: βάλτε την πάστα στο κάτω μέρος της κοιλότητας, κλείστε καλά την κοιλότητα. Αφήστε το γέμισμα στη κοιλότητα ή στο ριζικό κανάλι για περίοδο 1 εβδομάδας έως 30 ημερών.
Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το απλικατέρ προορίζεται για μία χρήση. Η επανάχρηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης. Η λαβή είναι για επαναλαμβανόμενη χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαισθησία στα συστατικά του παρασκευάσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ερεθίζει του βλεννογόνου του στόματος και το δέρμα. Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια.
Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, μη προκαλείτε εμετό. Πίνετε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Χρησιμοποιείστε καυσόλ, γάντια μίας χρήσης, γυαλιά ασφαλείας/προστατευτική προσωπίδα και ενδυμασία κατά το χειρισμό του προϊόντος.
Η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να συνδέεται με προσωρινό πόνο λόγω της επεξήργασης. Πριν υπάρχει μόνιμη γέμιση, η πάστα θα πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά από το κανάλι της ρίζας, γιατί η παρουσία του παρασκευάσματος μπορεί να επηρεάσει την αντοχή συγκόλλησης της οδοντίνης με τα υλικά αναδόμησης των δοντιών. Η χρήση προσωρινών υλικών μπορεί να σχετίζεται με μικροδιαρροή βακτηρίων.
Το προϊόν CALCIPAST έχει κυτταροτοξικό δυναμικό.
Μην πιέζετε την πάστα εάν η άκρη του εφαρμοστή έχει σφηνωθεί μέσα στο κανάλι. Το απλικατέρ πρέπει να είναι χαλαρά τοποθετημένο στο κανάλι.
Πριν από τη χρήση του CALCIPAST, θα πρέπει να προσδιοριστεί το μήκος εργασίας του ριζικού καλάμου. Οι υπερβολικές ποσότητες προσωρινού υλικού που χρησιμοποιείται για την πλήρωση του ριζικού καλάμου μπορεί να οδηγήσουν στην προώθησή του πέρα από την κορυφή του ριζικού καλάμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ανατομικά ευαίσθητες περιοχές, όπως ο υποθαλάσσιος σωλήνας, το άνοιγμα της κάτω γνάθου ή οι γναθιαίοι κόλποι.
Διατηρείται μακριά από τα παιδιά. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να ενημερωθούν ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείτει στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25°C.
Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφιχτά κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Οι χρησιμοποιούμενες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CALCIPAST: Σύριγγα που περιέχει 2,1 g παρασκευάσματος, απλικατέρ μίας χρήσης (2 τεμάχια), λαβή.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 σύριγγες παρασκευάσματος (κάθε μία περιέχει 2,1g πάστας), απλικατέρ μιας χρήσης (4 τεμάχια), λαβή.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 31.01.2025/15

ET Kaltsiumhüdroksiidi pasta ajutiseks juurekanali täitmiseks

ENNE KASUTAMIST TUTVUDA ALLTOODUD JUHENDIGA
AINULT ARST-STOMATOLOOGILE KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE

KOOSTISOSAD: kaltsiumhüdroksiid, hüdroksüapatiit, baariumsulfaat, abiained.

EESMÄRK
Toode CALCIPAST on mõeldud kasutamiseks hambaravi ajal ajutise täite juurekanalite materjalina.
Peale selle võib CALCIPAST saab kasutada sügavate õõnsuste ajutiseks täitmiseks kaude ja otsese kattmise meetodil. Sellel on suure kaltsiumhüdroksiidi sisalduse tõttu hambakoele remineraliseerivim toime. Toetab kahjustatud periapikaalsete kudede rekonstrueerimist. pH 12,5-13. Röntgenkontrastne, mittekõvenev materjal.

KASUTUSVIIS
Enne protseduuri kasta lisatud aplikaator etanooli, jätta kuivama ja paigutada seejärel süstlale.
Enne kasutamist kontrollida, et aplikaator oleks õigesti süstla külge kruvitud ja pigistada süstlast pasta läbi aplikaatori voolamise kontrollimiseks süstlast väike kogus välja.
Süstlal asuv käepide tagab mugava haarde, võimaldades hõlpsasti doseerimist kontrollida, vähendades toote läbi hambajuure tipu surumise ohtu ja toote väljapressimisega seotud raskusi.
Variandi MEGA PACK puhul asetada käepide enne kasutamist süstlale ise Käepide tuleb asetada kinnikeeratud süstlale, nagu on näidatud toote pakendil (ütleje paigaldamise korral peaks kuulutama selge „klõpsatus").
Kanalisse: mõõta kanali pikkus, seada aplikaatori piiraja (endoskop) pikkuseks 2-3 mm, mis on mõõdetud kanali pikkusest lühem, asetage pasta kanalisse, eemaldage kanalist liigne pasta, sulgege ülemine ava. Pärast pasta rakendamist tuleb teha rõntgenülevõte, et kontrollida, kas pasta on kanali nõuetekohaselt täitnud ja ei ole tipust kaugemale väljunud.
Otsikul: ladu pasta otsik, sulgege ülemine ava. Jätke pastaga täidetud ajutiseks ajaks kuni 30 päeva.
Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsioon ohu. Käepide on korduvkasutatav.

VASTUNÄIDUSTUSED
Ärge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkust suhtes preparaadi koostisosade.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD
Ärritab suu limaskesta ja nahka. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
Kontakti korral loputage kohe silmi rohke veega ja pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel ärge kutsuge esile oksendamist. Joo palju vett. Pöörduge arsti poole.
Kasutada toote töötlemisel kofferdami, ühekordselt kasutatavaid kindaid, kaitsepille ja kaitseriietust.
Endodontilise raviga võib kaasneda ajutine valu ja protseduurijärgne hellus.
Enne lõplikku täitmist tuleb pasta juurekanalist hoolikalt eemaldada, sest preparaadi olemasolu võib mõjuda dentiini ja hamba taustamaterjalide vahelise sideme tugevusele. Ajutiste materjalide kasutamisega võib kaasneda bakteriaalne mikroleke.
Toode CALCIPAST on tsütotoksilise potentsiaaliga.
Pastat mitte vähja pigistada, kui aplikaatori ots on kanalisse kinni kiilunud. Aplikaator peab kanalis paiknema lödvalt.
Enne CALCIPASTI kasutamist tuleb kindlaks teha juurekanali tööpikkus. Juurekanali täitmiseks kasutatud ajutise materjali ülemäärane kogus võib põhjustada selle juurekanali tipust kaugemale väljatungimist. Eriti ettevaatlik tuleb olla anatoomiliselt tundlikes piirkondades, nagu mandibuularkanal, mandibuularkanaliava ja põskkoopa põhi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Seadmega seotud tõsiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigi pädevaid asutusi.

HOIDAMINE
Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25°C.
Kõlblikkusaeg on otsese pakendi. Pärast pakendi avamist kõlblikkusaeg ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt suletud.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE
Kasutatud pakendid tuleb anda ülle taaskasutuse või tagastada tootjale.

PAKEND
CALCIPAST: 2,1 g preparaati sisaldav süstal, ühekordseks kasutamiseks mõeldud aplikaatorid (2 tk), käepide.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 süstalt preparaati (igaüks sisaldab 2,1g pastat), ühekordsed aplikaatorid (4 tk), käepide.

Viimase värskenduse kuupäev: 31.01.2025/15

FI Kalsiumhydroksidista pastaa juurikanavan täyttämiseen

LUE SEURAAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.
TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTTÖÖN

AINESOSAT: kalsiumhydroksidi, hydroksiapatiitti, bariumsulfaatti, apuaineet.

KÄYTTÖTARKOITUS
CALCIPAST on tarkoitettu juurikanavien tilapäiseen täyttöön hammashoidossa.
Lisäksi CALCIPAST-tahna soveltuu syvien reikien välittömään ja välillömään täyttöön. Korkean kalsiumhydroksidipitoisuuden ansiosta tuote edistää hampaiden remineralisaatiota. Lisäksi tuote nopeuttaa periapikaalisten kudosten kasvua. pH 12,5-13. Röntgenkontrasti, ei-kovettuva materiaali.

KÄYTTÖTAPA
Upota mukana oleva asetin enen hoidon aloittamista etyylialkoholiin, anna kuivua ja laita sen jälkeen ruiskuun.
Tarkista enen käyttöä, että applikaattori on kunnolla ruuvattu ruiskuun, ja purista sitten pieni määrä ruiskusta, jotta voit tarkistaa, onko pasta virtaa applikaattorin läpi.
Ruiskussa sijaitseva kahva tarjoaa mukavan otteen, joka helpottaa annostelun hallintaa, vähentää riskiä tuotteen työntymisestä hampaan juuren kärjen läpi ja minimoi tuotteen puristamisesta aiheutuvat ongelmat.
MEGA PACK -vaihtoehdon tapauksessa aseta enen käyttöä kahva ruiskuun itsestään Kahva on asetettava korkilliseen ruiskuun tuotepakkauksessa olevan piirroksen mukaisesti (kuulu pitäisi kuulla selvä "naksahdus", kun se on asetettu oikein).
Intratekaalinen täyttö: mittaa kanavan pituus ja aseta aplikaattorin endostoppi kanavapituuden 2-3 mm :n pienemmäksi; syötä tahna kanavaan, poista ylimääräinen tahna ja sulje reikä tiivisti.
Pastan levittämisen jälkeen otetaan röntgenkuva sen tarkistamiseksi, että tahna on täyttänyt kanavan riittävästi eikä ole mennyt apexin ulkopuolelle.
Reikän täyttö: aseta pasta reikän pohjalle, luk rulnummet tiheä. Lad fyldningen forblive i hulet eller rodkanalen i 7-30 dage.
Præparatet er beregnet til flergangsbrug, mens applikatoren kun til engangsbrug. Applikatorens genbrug kan udgøre risiko for genkontaminering. Håndtaget er genanvendeligt.

KONTRAINDIKATIONER
Älä ikke anvendes hos patienter med overfølsomhed over for ingredienserne i præparatet.

FORHOLDSREGLER
Virker irriterende på mundslimhinden og huden. Forårsager alvorlig øjenskade.
I tilfælde af kontakt skyl straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand. Kontakt læge.
Under arbejdet med produktet anvendes kofferdam, engangshandsker, sikkerhedsbriller/visir og beskyttelsestøj.
Endodontisk behandling kan være forbundet med midlertidige smerter og ømhed efter behandlingen. Pastaen skal forsigtigt fjernes fra rodkanalen, før den endelige fyldning, forårsager ellers dårlig tilslutningsevne af præparatet kan påvirke dentinets bindestyrke med tandrekonstruktionsmaterialerne. Brugen af midlertidige materialer kan være forbundet med bakteriel mikrolækage.
Produktet CALCIPAST har et cytotoksisk potentialet.
Klem ikke pastaen, hvis spidsen af applikatoren sidder fast inde i kanalen. Applikatoren skal placeres løst i kanalen.
Bestem arbejdslængden af rodkanalen, inden CALCIPAST tages i brug. Overdreven mængde af midlertidigt materiale, der bruges til at fylde rodkanalen, kan føre til, at det skubbes ud over rodkanalens spids. Særlig forsigtighed bør udvises i anatomisk følsomme områder såsom underkæbekanalen, foramen underkæbe og maksillære bihuler.
Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af forekomst af alvorlige hændelser vedrørende præparatet, skal producenten og den relevante myndighed i det land, hvor brugeren er bosat, underrettes.

OPBEVARING
Opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over 25°C.
Udløbsdatoen findes på den indre emballage. Efter åbning af emballagen ændres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at præparatet er lukket tæt efter hver brug.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD
Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE
CALCIPAST: Sprøjte indeholdende 2,1 g af præparatet, engangsapplikatorer (2 stk), håndtag.
CALCIPAST MEGA PACK: 4 sprøjter af præparatet (hver indeholder 2,1 g pasta), engangsapplikatorer (4 stykker), håndtag.

Seneste opdatering: 31.01.2025/15

SR Kalcijum hidroksid pasta za privremeno punjenje kanala korena

PRE UPOTREBE PROČITAJTE UPUTSTVO
PROIZVOD NAMENJEN ISKLJUČIVO STOMATOLOZIMA

SASTAV: kalcijum hidroksid, hidroksiapatit, barijum sulfat, pomoćne supstance.

NAMENA
Proizvod CALCIPAST je namenjen za upotrebu tokom stomatološkog lečenja kao materijal za privremeno punjenje kanala korena.
Dodatno, proizvod CALCIPAST se može koristiti za privremeno punjenje dubokih kaviteta metodom indirektnog i direktnog prekrivanja. Ima remineralizujući efekat za zubno tkivo zbog visokog sadržaja kalcijum hidroksida. Pomaže obnavljanje oštećenih periapikalnih tkiva. pH 12,5-13. Kontrastni na rtg snimku, materijal koji ne stvrdnjava.

NAČIN UPOTREBE
Pre početka tretmana, umočite priloženi aplikator u etil alkohol, ostavite da se osuši, a zatim ga stavite na špric.
Pre upotrebe proverite da li je aplikator pravilno pričvršćen na špric, a zatim iscedite malu količinu preparata iz šprica da biste proverili protok paste kroz aplikator.
Drška postavljena na špric pruža udobnu hvatanje kako bi se olakšala kontrola doziranja, smanjujući rizik od guranja proizvoda kroz vrh korena zuba i minimizirajući poteškoće povezane sa stiskanjem proizvoda.
U slučaju MEGA PACK varijante, pre upotrebe, stavite dršku na špric sa poklopcem, u skladu sa crtežom na pakovanju proizvoda (nakon pravilnog nanošenja, trebalo bi da čujete jasan „klik").
Intrakanalno: izmeriti dužinu kanala, postaviti graničnik (endostop) na aplikator na dužinu 2-3 mm kraću od izmerene dužine kanala, staviti pastu u kanal, ukloniti višak paste iz kanala, dobro zatvoriti kanal. Nakon nanošenja paste, potrebno je napraviti rendgenski snimak kako bi se proverilo da li je pasta adekvatno ispunila kanal i da nije izašla preko apeksa.
Kavitet: stavite pastu na dno kaviteta, dobro zatvorite kavitet. Ostavite ispun u kaviretu ili kanalu korena od 1 nedelje do 30 dana.
Proizvod je namenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator za jednokratnu upotrebu. Ponovljena upotreba aplikatora može predstavljati rizik od sekundarne infekcije. Drška je za višekratnu upotrebu.

KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti kod pacijenata sa preosetljivošću na sastojke preparata.

UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI
Nadražuje sluzniciu usne šupljine i kože. Uzaziva ozbiljno oštećenje oč